



De bedste hæmatologilaboratorier

På DEKS Brugermøde / NML Kongres 2011 blev vinderne af ”konkurrencen” om Danmarks bedste hæmatologilaboratorium kåret. Repræsentanter fra de dygtige laboratorier fik overrakt diplomer fra DEKS og præmier sponsoreret af Sysmex.

De bedste hæmatologilaboratorier i Danmark 2011

Vilkårlig rækkefølge	Klinisk biokemisk afdeling, instr. nr. 81 Regionshospitalet Randers
Klinisk biokemisk afdeling Bispebjerg Hospital	Klinisk biokemisk afdeling, instr. nr. 581 Regionshospitalet Randers
Klinisk biokemisk afdeling Frederiksberg Hospital	Klinisk biokemisk afdeling Regionshospitalet Silkeborg
Klinisk biokemisk afdeling, instr. nr. 12 Hillerød Hospital	Klinisk biokemisk afdeling Regionshospitalet Viborg
Klinisk biokemisk afdeling, instr. nr. 512 Hillerød Hospital	Klinisk biokemisk afdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
Klinisk biokemisk afdeling Holbæk Sygehus	Klinisk biokemisk afdeling Sygehusenheden Ærø
Klinisk biokemisk afdeling Kalundborg Sygehus	Klinisk biokemisk afdeling Århus Sygehus, Nørrebrogade
Klinisk biokemisk afdeling Næstved Sygehus	Klinisk immunologisk afdeling Odense Universitetshospital
Klinisk biokemisk afdeling Regionshospitalet Holstebro	Laboratoriet Fakse Sygehus

Laboratorierne har i perioden september 2010 - juni 2011 i DEKS' hæmatologikontrolprogram 3041 DK

- Indberettet resultater på alle 10 udsendelser
- Indberettet resultater på samtlige af de komponenter, der er nævnt i skemaet til højre
- Opfyldt kvalitetskravene for maksimal afvigelse fra targetværdi eller middelværdi på de nævnte komponenter



DEKS,
Danish Institut for Ekstern Kvalitetsikring
for Laboratorier i Sundhedssektoren,
Herlev Hospital,
Herlev Ringvej 75,
2730 Herlev

Komponent	Maksimal afvigelse
B-Erythrocyt; entitisk vol. (MCV)	± 3 %
B Erythrocytter; antalk.	± 5 %
B-Erythrocytter; vol.fr.	± 5 %
B-Hæmoglobin(Fe); stofk.	± 5 %
B-Leukocyter; antalk.	± 15 %
B-Lymfocyter; antalk.	± 16 %
B-Neutrofilocyter; antalk.	± 23 %
B-Thrombocyter; antalk.	± 14 %